



# Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der  
TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit,  
dass der

**Chipkartenleser mediJack® handy**

Software-Version 4.0

der

**Reiner Kartengeräte GmbH & Co KG  
Reiner SCT**

Goethestraße 14  
78120 Furtwangen

die Kriterien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)  
"Technische Spezifikation der Arztausstattung  
- portable Lesegeräte -  
KVT-mobil V 1.02"  
erfüllt.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung  
mit dem Validierungsendbericht

"KVT-mobil - portables Lesegerät mediJack handy, Version 4.0", Version 1.0  
vom 13.08.2003 und berechtigt zur Nutzung des Prüfzeichens



**Voluntary Validation**

© 2003 TÜVIT GmbH - ein Unternehmen der RWTÜV-Gruppe -

Zertifikat-Registrier-Nr.:TUVIT-KVT7106.03

Essen, 18.08.2003 **gez. Dr. Gruschwitz**

Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH - Ein Unternehmen der RWTÜV-Gruppe  
Am Technologiepark 1 · 45307 Essen

**Technischen Spezifikation der Arztausstattung  
- portable Lesegeräte –  
*KVT-mobil V1.02***

herausgegeben von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Köln 2002

**Der Prüfumfang der Spezifikation umfasst die folgenden Prüf Aspekte:**

- **Prüfung der Funktionen, Bauarten und Bedienungselemente des Kartenlesers**
  - Spezifikationsgerechte Funktionsweise
  - Bauartprüfung
  - Protokolltest oder CT-API
  
- **Prüfung physikalischer Anforderungen**
  - GS-Prüfung
  - EMV-Prüfungen
  - Vibrationstest
  - Klimatest
  
- **Prüfung der IT-Sicherheit**
  - Begutachtung und Dokumentation der implementierten Mechanismen
  - Nachweis der Korrektheit und Wirksamkeit durch Prüfung und Dokumentation (Penetrationstests und/oder Sourcecode)
  - Überprüfung und Dokumentation des Auslieferungsverfahrens
  
- **Prüfung administrativer und organisatorischer Anforderungen**
  - Produktbeschreibung
  - Auflagen zum Änderungsmanagement
  - Fertigungsüberwachungsoption zur GS-Prüfung